



単位: mm

ピット内からパソコンまで
50mm のパイプを4本
もしくは200 x 100mm
の配線用溝を設けること

品名	BP400600-2000型 床反力計 設置図	年月日	承認	作図
				赤代
工事名				