



ピット開口部の大きさは  
4000mm x 2000mm  
が望ましい!

ピット内からパソコンまで  
50mm のパイプを4本  
もしくは200 x 100mm  
の配線用溝を設けること

品名	BP400600-2000型 床反力計 設置図	年月日	承認	作図
工事名				赤代